

APC (Automatic Pressure Control) 代替機種のご案内

2009年3月

	生産中止機種		現行機種
制御器型式	RVG040	APC-21S	PCU-2100
メーカー名	バルツアーズ	シンクロン	堀場エステック
定格電源	AC115/220/240V ±10%	DC24V ±5%	AC90V~250V
取付場所	制御盤面	制御盤面	制御盤面
寸法	W105X ^H 132.5X ^D 160	W104.5X ^H 149X ^D 170	W105X ^H 132.5X ^D 160
制御用バルブ	RME010	SEC-7330シリーズ	SEC-Z512PVXCT O2 200SCCM
メーカー名	バルツアーズ	堀場エステック	堀場エステック
制御用真空計	IKG010	VGC023又はCM31	VGC403
メーカー名	バルツアーズ	インフィコン	インフィコン
補足	APCの制御器を現行機種に交換するには制御用バルブと制御用真空計も交換になります。		



RVG040



APC-21S



PCU-2100



RME010



SEC-7330シリーズ



SEC-Z500シリーズ



IKG010



VGC023



VGC403